

Установка для поверки секундомеров УПМС-2

Установка УПМС-2 предназначена для поверки механических секундомеров и электронных и электрических секундомеров с механическим и электрическим запуском



92711-24



Одновременная поверка до 40 механических секундомеров

Поверка секундомеров в горизонтальном и вертикальном положении

Автоматический запуск и остановка поверяемых секундомеров

Работа с секундомерами с электрическим запуском от переменного напряжения 220В 50Гц, постоянного напряжения 3-24В

Работа с другими напряжениями через согласующие реле

Технические характеристики УПМС-2

Диапазон задаваемой длительности интервала времени $(2 \cdot 10^{-4} - 4 \cdot 10^{-5})$ с

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при поверке секундомеров с электрическим запуском $(1,5 \cdot 10^{-6} + T_{\text{инт}} \cdot 10^{-7})$ с

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при поверке секундомеров с механическим запуском $(2 \cdot 10^{-6} + T_{\text{инт}} \cdot 10^{-7})$ с

Производитель УПМС-1

ООО «Радиоэлектронные системы», г. Екатеринбург

+7 (343) 374-24-64,
elec@irsural.ru,
www.irsural.ru

620137, г. Екатеринбург,
ул. Июльская, д. 41