

# Установка для поверки секундомеров УПМС-1

Установка УПМС-1 предназначена для поверки механических, электрических, электронных секундомеров с механическим и электрическим запуском



38180-08



**Одновременная поверка до 40 механических секундомеров**

**Поверка секундомеров в горизонтальном и вертикальном положении**

**Автоматический запуск и остановка поверяемых секундомеров**

**Работа с секундомерами с электрическим запуском от переменного напряжения 220В 50Гц, постоянного напряжения 3-24В**

**Работа с другими напряжениями через согласующие реле**

**Установка может работать как источник периодического сигнала**

## Технические характеристики УПМС-1

Диапазон задаваемой длительности интервала времени  $(2 \cdot 10^{-4} - 4 \cdot 10^5)$  с

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при поверке секундомеров с электрическим запуском  $\pm(1,5 \cdot 10^{-6} + T_{\text{инт}} \cdot 10^{-7})$  с

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при поверке секундомеров с механическим запуском  $\pm(2 \cdot 10^{-2} + T_{\text{инт}} \cdot 10^{-7})$  с

## Производитель УПМС-1

ООО "Радиоэлектронные системы" г. Екатеринбург

+7 (343) 374-24-64  
elec@irsural.ru  
www.irsural.ru

620137, г. Екатеринбург,  
ул. Июльская, д. 41